

BEHÖRDLICHE ÜBERPRÜFUNGEN

Informationsblatt Zahnröntgen

Nachfolgend angeführte strahlenschutzrechtliche Bestimmungen müssen in der Ordination zugänglich sein:

- ◆ Strahlenschutzgesetz StrSchG, BGBl. Nr. 227/1969 i.d.F. BGBl. I Nr. 106/2013
- ◆ Allgemeine Strahlenschutzverordnung AllgStrSchV, BGBl. II Nr. 191/2006 i.d.F. BGBl. II Nr. 22/2015
- ◆ Medizinische Strahlenschutzverordnung MedStrSchV, BGBl. II Nr. 409/2004 i.d.F. BGBl. II Nr. 197/2010
- ◆ ArbeitnehmerInnenschutzgesetz ASchG, BGBl. Nr. 450/1994 i.d.g.F. BGBl. I Nr. 60/2015

Folgende Unterlagen müssen aufliegen:

- ◆ Betriebsbewilligungsbescheide
- ◆ Aufzeichnungen über Betriebsbelastung (mAmin/Woche, Aufnahmeanzahl/Woche)
- ◆ Für beruflich strahlenexponierte Personen: Dosimeterauswertelisten, ev. ärztliche Untersuchungszeugnisse
- ◆ Abnahmeprüfungsprotokolle, Teilabnahmeprüfungsprotokolle
- ◆ Sicherheitsanalyse, Störfallanalyse und Notfallplanung
- ◆ Nachweise über wiederkehrende Strahlenschutzunterweisungen
- ◆ Fortbildungsnachweise gemäß § 41 Abs. 4 der AllgStrSchV
- ◆ Konstanzprüfungsunterlagen
- ◆ Strahlenschutzbauzeichnung
- ◆ Gültiges Elektroattest
- ◆ CE-Konformitätserklärungen von Röntgeneinrichtungen und Zubehör
- ◆ Sonstige Nachweise, die sich aus den Auflagen der Bewilligungsbescheide ergeben
- ◆ Bedienungsanleitungen in Deutscher Sprache

Kontrolliert werden:

- ◆ **Typenschilder, Aufkleber:** Type, Seriennummer, CE-Kennzeichnung udgl. müssen angebracht sein
- ◆ **Übereinstimmung** der vorhandenen mit bewilligten Anlagen und –teilen (Gerät, Type, SN, ...)
- ◆ **Abnahmeprüfungsprotokoll, Teilabnahmeprüfungsprotokoll** (Gerät, Type, SN, ...)
- ◆ **Funktion von Türkontaktschaltern**
- ◆ **Bleigleichwert - Kennzeichnung der Wände, Tür und Schauglas**
- ◆ **Zustand von Strahlenschutzmitteln** (Keine Beschädigungen, Kennzeichnung des Bleigleichwertes und CE-Kennzeichnung bei Neuanschaffungen)
- ◆ **Eindeutige Kennzeichnung der Auslösemechanismen** (Taster udgl.) entsprechend der Gerätezuordnung
- ◆ **Bei digitalen Systemen sollten gerätespezifische Aufnahmeauswertelisten** im Zuge der behördlichen Überprüfung erstellt werden können.